



ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ»

Инђија, Српскоцрквена 5

Број: 01.4-2-8/2017

Дана: 20.03.2017 године

Тел. 022/561-282/ 022-510-035

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/2015 и 68/2015), захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације достављених електронском поштом дана 17.03.2017 године који је заведен код наручиоца под дел. Бр. 01.4-2-7/2017 Комисија за јавну набавку упућује лицима која су преузела конкурсну документацију

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА
Медицинско техничких помогала/РФЗО

(ОП 02/2017)

Питање:

Dana 15.03.2017. objavljena je konkursna dokumentacija za javnu nabavku medicinsko tehničkih pomagala.

Partijom 19. tražena su dobra INSULIN IGLE CLICKFINE YPSOMED SA UNIVERZALNIM KLIK SISTEMOM 0.25x6mm; 0.25x8mm; 0,25x12mm ili odgovarajući u ukupnoj količini 10.000 komada.

Dobra za partiju 19. INSULIN IGLE CLICKFINE YPSOMED SA UNIVERZALNIM KLIK SISTEMOM 0.25x6mm; 0.25x8mm; 0,25x12mm ili odgovarajući isključivo proizvodi jedan proizvođač "YPSOMED" i tražene igle na našem tržištu nudi isključivo jedan ponuđač. Oblikovanjem partija 19 neopravdano se vrši favorizacija isključivo jednog ponuđača koji nudi Igle Clickfine sa sa univerzalnom "klik" tehnologijom nametanja na insulinski pen.

Obzirom da za pen igle sa univerzalnom klik sistemom nisu registrovana penkala ni u Agenciji za lekove i medicinska sredstva u Republici Srbiji a ni u Evropskoj Uniji, pa se samim tim ne može ni nabaviti jer nije registrovano, nema potrebe favorizovati igle za pen špric sa univerzalnim klik sistemom u odnosu na pen igle na navoj drugih proizvođača za koje postoje registrovani penovi. Takođe igle za pen špric sa univerzalnim klik sistemom koriste sistem na navoj prilikom skidanja sa pena.

Drugim rečima na svetu ne postoji penkalo koje funkcioniše po sistemu "klik" već isključivo penkala koja funkcionišu na sistem navrtanja na penkalo.

Penkala u Srbiji su namenjena navijanju na pen jer imaju navrtnje na samom penkalu to jest tako su dizajnirani, tako da samo PEN IGLE koje imaju navrtanj na sebi mogu biti 100% odgovarajuće! Ukoliko se vodi računa o bezbednosti primene terapije od strane pacijenata i korisnika pen igala potrebno je da pacijenti koriste pen igle koje su zaista dizajnirane i odgovarajuće za penkala koje pacijenti koriste, a ne pen igle sa univerzalnim klik sistemom za koje ne postoji registrovano penkalo kod AliMS već se koriste penkala za koja se smatra da su kompatibilna jer se može upotrebom sile koristiti sa penkalima registrovanim na tržištu Srbije.

Takođe, kako proizvođač nema penkalo koje podržava tzv. „univerzalnu klik tehnologiju“, igle za pen špric sa klik sistemom ne mogu se pouzdano koristiti sa penovima ostalih proizvođača koji su jedino registrovani kod Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, a samim tim ni

terapija koju pacijenti uzimaju koristeći igle sa klik sistemom nije pouzdana, obzirom da Igle za pen špric sa klik sistemom ne poseduju navoje kako bi bilo obezbeđeno sigurno uzimanje terapije, jer penovi svih ostalih proizvođača su namenjeni samo za pen igle sa navojem koje obezbeđuju sigurnu terapiju kod pacijenata tj. onemogućavaju curenje.

Републичка Комисија за заштиту права је

1. Rešenjem broj 4-00-2749/2015 od 17.03.2016. jasno navela da Naručilac tehničkim specifikacijama ne sme zahtevati patent ili tip, posebnog porekla ili proizvodnje, obzirom da je predmet nabavke pen igle ili igle za insulinski pen koji je moguće precizno odrediti, i time ograničavati konkurenciju i jednakost ponuđača. Konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku broj 2/2017, partija 19. Naručilac je naveo patent jednog proizvođača koji je zaštićen i
2. Rešenjem broj 4-00-1680/2016 od 29.12.2016. jasno navela da šifarnik RFZO ne prepoznaje razliku između igala sa klik sistemom i igala na navoj i svrstava ih pod istu šifru, pen igle sa tzv. klik sistemom nemaju posebno registrovan pen već koriste penove proizvođača koji imaju registrovane pen igle na navoj, igle sa klikom kompatibilne su sa penovima igala na navoj, što potvrđuje stav da se radi o „odgovarajućem dobru“.

Kako je partijom 19. neopravdano favorizovan isključivo jedan ponuđača koji nudi Igle za pen špric sa univerzalnom klik sistemom molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije JN br. 2/2017, partija 19 i preformulišete je na način da ne ograničavate konkurenciju i ne vršite favorizaciju samo jednog ponuđača, a sve u skladu sa Zakonom o JN, odnosno da zahtevate INSULINSKE IGLE 0.25x6mm; 0.25x8mm; 0,25x12mm .

Prilog: -Rešenje broj 4-00-2749/2015 od 17.03.2016.
-Rešenje broj 4-00-1680/2016 od 29.12.2016

Одговор комисије за јавну набавку :

Комисија за јавну набавку добара медицинско техничких помагала/РФЗО , обликована по партијама, је оценила да је основана примедба и да ће се извршити Измена конкурсне документације у делу Техничка спецификација прилог број 1- за партије 19 и 20 која ће сходно одредбама ЗЈН бити објављена на Порталу ЈН и на интернет страници наручиоца.

На основу напред наведеног, Комисија за јавне набавке ће извршити ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у делу „Техничка спецификација –Прилог број 1“ која представља саставни део понуде за партије 19 и 20.

Објавити:

- на Порталу јавних набавки,
- на интернет страници Наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ