



ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ»  
Инђија, Српскоцрквена 5  
Број: 01.3-19-11/2018  
Дана: 13.12.2018 године  
Тел. 022/561-282/ 022-510-035

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) захтева заинтересованих лица за додатним појашњењем Конкурсне документације за ЈНМВ добара број 19/2018- одржавање медицинских апарата, обликована по партијама, ознака из општег речника набавке 50400000– услуге поправки и одржавања медицинске и прецизне опреме, заведених под дел.бројем 01.3-19-7/2018, 01.3-19-8/2018, 01.3-19-9/2018 и 01.3-19-10/2018 достављен електронском поштом дана 11.12.2018 године и 12.12.2018 године, Комисија за јавну набавку даје

**О Д Г О В О Р**  
**по захтевима за додатним појашњењима Конкурсне документације**  
**ЈНМВ 19/2018**

**1. Питање:**

Poštovani, U skladu sa članom 63. ZJN, podnosimo Vam zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi javne nabavke ODRŽAVANJE MEDICINSKIH APARATA OBLIKOVANA PO PARTIJAMA, br. 19 /2018

Pitanje 1: Partija 6 I 8 - Da li možete da precizirate o kojim aparatima je reč, tj. Ko je proizvođač I koji je model?

**Одговор:**

Комисија за јавну набавку је увидела да је дошло до техничке грешке у конкурсној документацији за набавку услуга одржавања медицинских апарата у ЈНМВ 19/2018 за партију 6 и 8 те ће исте исправити где ће прецизирати о којим апаратима је реч.

**2. Питање:**

Поштовани, Након детаљне анализе конкурсне документације за јавну набавку мале вредности услуга одржавања медицинских апарата ЈНМВ 19/2018, постављамо Вам следеће питање:

У обрасцу понуде са спецификацијом и структуром цене за партије 6 - "Екг и холтер притиска разних произвођача" и 7 - "Дефибрилатор", нису наведени произвођачи и модели предметне опреме.

Молимо да нам одговорите који су произвођачи и модели опреме у наведеним партијама?

**Одговор:**

Комисија за јавну набавку је увидела да је дошло до техничке грешке у конкурсној документацији за набавку услуга одржавања медицинских апарата у ЈНМВ 19/2018 за партију 6 и 7 те ће исте исправити где ће прецизирати о којим апаратима је реч.

### **3. Питање:**

Питање број 1:

У прилогу број 5 конкурсне документације – Образац понуде са спецификацијом и структуром цена, партија 3 - Ултразвук наводи се гаранција на уграђене резервне делове од 6 месеци. Препорука произвођача Toshiba, сада промењен назив у Canon, је да гаранција на резервне делове износи 3 месеца.

Молимо Вас за измену Вашег захтева у конкурсној документацији за партију 3 и могућност нуђења гарантног рока на уграђене резервне делове од 3 месеца.

### **Одговор:**

Комисија за јавну набавку је оценила да су наведене примедбе основане и да ће омогућити нуђење рока за уграђене резервне делове од 3 месеца кроз Измену конкурсне документације која ће сходно одредбама ЗЈН бити објављена на Порталу ЈН и на интернет страници наручиоца“.

### **4. Питање:**

Питање број 1:

У конкурсној документацији, на страни бр. 7 која се односи на испуњавање додатних услова, у последњој ставци бр. 7 за партије 3-9 наводи се да је потребно да понуђач располаже са мерним биомедицинским уређајем за испитивање параметара уређаја. За све мерне биомедицинске уређаје потребно је доставити доказ да је исти еталониран.

С обзиром да мерни биомедицинским уређаји које тражите нису применљиви на ултразвучни уређај, молимо Вас да наведени захтев избришете за партију бр. 3.

### **Одговор:**

Комисија за јавну набавку је оценила да су наведене примедбе основане и да ће се извршити Измена конкурсне документације која ће сходно одредбама ЗЈН бити објављена на Порталу ЈН и на интернет страници наручиоца“.

**На основу горе наведеног биће извршена ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.**

**Наручилац ће продужити рок за достављање понуда.**

**Обавештење о продужавању рока биће објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.**

### **Објавити:**

- на Порталу јавних набавки,
- на интернет страници Наручиоца

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**