



ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ»
Инђија, Српскоцрквена 5
Број: 01.3-22-8/2019
Дана: 29.11.2019 године
Тел. 022/561-282/ 022-510-035

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) захтева заинтересованих лица за додатним појашњењем Конкурсне документације за ЈНМВ добара број 22/2019- услуга и то поправке и одржавање медицинских апарата са резервним деловима, обликована по партијама, ознака из општег речника набавке 50400000– услуге поправки и одржавања медицинске и прецизне опреме, заведени под дел.бројем 01.3-22-6/2019, 01.3-22-7/2019 достављени електронском поштом дана 28.11.2019 године, Комисија за јавну набавку даје

О Д Г О В О Р
по захтевима за додатним појашњењима Конкурсне документације
ЈНМВ 22/2019

1. Питање:

Поштовани,

У складу са Чланом 63. Став 2 Закона о јавним набавкама Републике Србије (Службени гласник број 124/12 и 68/15) у циљу добијања додатних информација за јавну набавку бр .ЈН 22/2019 Поправке и одржавање медицинске опреме.

Молимо Вас да за партију 6 ЕКГ и холтер притиска разних произвођача и Партију 8 Дефибрилатор Zoll додате да понуђач располаже техничким и кадровским капацитетом, односно да има статус овлашћеног сервисера по ком је понуђач у обавези да достави изјаву произвођача опреме да је понуђач овлашћен за сервисирање продају и уградњу резервних делова за медицинске уређаје који су предмет сервисирања. Такође, и да понуђач има најмање једног сертификованог сервисера код произвођача за сервисирање предметне опреме.

Молимо Вас да из партије 6 извојите у засебну партију ЕКГ и холтер притиска Meditech Kft и ЕКГ апарате Heart Screen.

Молимо Вас да у складу са Чланом 63 Став 3 Закона о јавним набавкама Републике Србије (Службени гласник број 124/12), одговорите на постављено питање. Позивајући се на члан 20 ЗЈН СГ 124/12 Став 6 молимо Вас да нам доставите потврду пријема овог документа.

Одговор:

Комисија за јавну набавку остаје при додатним условима које је дефинисала у конкурсној документацији.

Комисија за јавну набавку је установила да је наведена примедба основана за партију 6 те ће и издојити у посебну партију ЕКГ и холтер притиска Meditech Kft и Heart Screen. Измена конкурсне документације ће сходно одредбама ЗЈН бити објављена на Порталу ЈН и на интернет страници наручиоца“.

2. Питање:

Питање број 1:

На страни број 4 конкурсне документације коју је потребно оверити, потписати и доставити уз понуду наведено је да гарантни рок за уграђене резервне делове не може бити краћи од 6 месеци, почев од дана уградње дела осим у партији 1 – 3 месеца.

С обзиром да се у преосталим деловима конкурсне документације (страна број 12 и 37) наводи да гарантни рок за партију 1,3 не може бити краћи од 3 месеца, молимо Вас да и на страни број 4, коригујете гарантни рок за уграђене резервне делове и наведете да гарантни рок за уграђене резервне делове не може бити краћи од 6 месеци, почев од дана уградње дела осим у партији 1, 3 – 3 месеца.

Одговор:

Комисија за јавну набавку је увидела да је дошло до техничке грешке те ће исту и исправити на страни 4 конкурсне документације.

3. Питање:

Питање број 2:

На страни број 37 за Партију број 3 наведен је назив медицинског апарата – Ултразвук произвођача Toshiba (уз Инвентарски број) али није наведена ознака тј. модел апарата који је потребно сервисирати.

Молимо Вас да наведете ознаку, тј. модел Ултразвучног уређаја који је потребно сервисирати.

Одговор:

Комисија за јавну набавку је увидела да је основана примедба потенцијалног понуђача те ће извршити допуну у техничкој спецификацији партија број 3 навођењем модела уређаја.

На основу горе наведеног биће извршена ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

Наручилац ће продужити рок за достављање понуда.

Обавештење о продужавању рока биће објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.



Објавити:

- на Порталу јавних набавки,
- на интернет страници Наручиоца